

LISTA MATERIALI UTILIZZATI

Sistema K-NAIL

Il sistema K-Nail è composto dai seguenti materiali:

| <u>Materiale</u> | <u>Componenti</u> | <u>Norme di riferimento</u> |
|-------------------------|--|------------------------------------|
| Chiodi, tappi | Acciaio Inossidabile AISI 316 LVM <i>Stainless Steel</i> | ISO 5832-1; ASTM F138 |
| Strumentario | Acciaio inossidabile <i>Stainless Steel</i> Silicone | ASTM F899 |

L'allegato I riporta le schede tecniche esemplificative per i materiali utilizzati.

BIOCOMPATIBILITÀ

| <u>Validazione</u> | <u>Report</u> | <u>Locazione</u> |
|---------------------------|--------------------------------|--|
| Biocompatibilità | 0045_P021_Rat_Biocompatibility | Allegato II alla presente sezione "0045_P021_03.b List of materials" DMF 0045_P021 |